






OD



OS



Réfraction		[dpt]
-2,25 -2,50 93°	-2,25 -0,25 134°	
Equivalent sphérique		[dpt]
-3,50	-2,25	
Asymétrie		[°]
0,4		
Diamètre pupillaire		[mm]
5,2	5,0	
Distance pupillaire		[mm]
67		



Résultat de test	
Anisométrie	Equivalent sphérique $\geq 0,75$ dpt
Astigmatisme (OD)	Cylindre $\geq 0,75$ dpt
Hypermétropie	
Myopie (OD,OS)	Equivalent sphérique $\geq 1,00$ dpt
Asymétrie	
Anisocorie	
Adresser	

ROC 1, Ver. 8.1.4.0

Le dépistage visuel ne remplace pas un examen complet par un ophtalmologiste. Le dépistage doit être réalisé régulièrement car la vision peut évoluer avec le temps. Les enfants avec des résultats de dépistage "Adresser" devraient être référés à un ophtalmologiste ou un orthoptiste.

Commentaires :

